

ZO.05.2019

Pruszków, dnia 25.03.2019 r.

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy zapytanie ofertowe na Interpretację i opis zdalny badań radiologicznych

Zamawiający poniżej przedstawia odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1.

Uprzejmie informuję, iż wg załącznika nr 3 do zapytania, część IIa Oprogramowanie PACS, punkt 13 wymagacie Państwo rejestracji produktu jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIb, oznaczone znakiem CE. Wymagania takie stawia się programom służącym do oceny badań diagnostycznych a nie do programów archiwizujących pliki DICOM. Ponadto specyfikacja oprogramowania PACS zawiera również wymagania dotyczące systemu teleradiologicznego oraz oprogramowania diagnostycznego do oceny badań RTG. Punkt 21. zawiera informację o akcesoriach typu okablowanie, co nie występuje w oprogramowaniu. W związku z powyższym proszę o wykreślenie wymagań oprogramowania PACS w postaci punktów: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 21.

Odpowiedź

W odniesieniu do punktu 6,7,8,9 – Zamawiający informuje, iż jeśli oprogramowanie umożliwia pracę na wynikach i liście pacjentów wielostanowiskową przy użyciu przeglądarki www, **punkty te są do pominięcia**. Przemawia za tym fakt, że posiadając system PACS i oprogramowanie dostępne przez www z każdego dowolnego miejsca w sieci, oprogramowanie będzie umożliwiało przeglądanie, filtrowanie i wyszukiwanie zdjęć DICOM dla każdego pacjenta, wraz z archiwalnymi, co nie wymaga wysyłania zdjęć na poszczególne stanowiska (jednostki).

Co do punktu 10, 11 – Zamawiający zakładał wykorzystanie polskich znaków diakrytycznych, jednak dopuszcza oprogramowanie bez wykorzystania polskich symboli.

Punkt 13, 21 – Zamawiający wykreśla

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27.03.2019 r. godzina 10:00