

Pruszków, dnia 06.02.2020 roku

Nr postępowania: ZO.02.2020

Odpowiedzi na pytania

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę materiałów laboratoryjnych, odczynników i kompatybilnego sprzętu do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej

Zamawiający, poniżej przedstawia pytania wraz z odpowiedziami:

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania dnia 04.02.2020 r. prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne zgodnie z aktualnymi przepisami (w tym IHiT), w którym Wykonawca zaoferuje w Załączniku nr 2 do zapytania:

w poz. 4

-kartę do oznaczania noworodka o profilu: anty-A, anty-B, anty-AB, anty-DVI-, CTL, BTA

w poz. 5

- kartę do potwierdzania grupy o profilu anty-A, Anty-B, anty-DVI+.

[Zamawiający dopuszcza](#)

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 07.02.2020 r. do godziny 13:00

Z poważaniem

/-/ Grzegorz Bełowski