

Wymogi dotyczące rezonansu magnetycznego

1. Nowy Rezonans Magnetyczny;
2. min Typ 3 – zgodnie z obowiązującymi wymogami wskazanymi w zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Pozostałe oczekiwania dotyczące rezonansu magnetycznego:

3. Innowacyjność urządzenia w dziedzinie szeroko pojętej diagnostyki obrazowej
4. Jak najkrótszy czas wykonywania badań
5. Przyjazne dla pacjenta (duża średnica otworu, rozwiązania multimedialne, duża nośność leżanki/stołu pacjenta – w tym dla pacjenta bariatrycznego)
6. Szeroki zakres wykonywanych badań (uniwersalność urządzenia)
7. Kompatybilność z szpitalnymi systemami radiologicznymi
8. Możliwość wykonywania badania rezonansu u dzieci
9. Wykonywania badań z możliwością zastosowania sedacji
10. Krótki okres oczekiwania pacjenta szpitalnego na wykonania badania.